

質疑回答書

入札又は契約番号：物第 12-1 号

事業名：地区公民館維持管理事業

物品名：市川三郷町 5 地区公民館自動体外式除細動器（AED）賃貸借

質問及び回答

質問 1 仕様書 9. その他（11）について

「納入予定機器の型番・性能等が確認できるカタログ等を、入札物品提示書と共に提出すること」と記載があるが、入札物品提示書は契約締結後に提出するという認識でよろしいでしょうか。また町ホームページの各種申請用紙に入札物品提示書の様式がないが町の方で用意してもらえるのでしょうか。

回答 1

入札時に入札書・内訳書と共に入札物品提示書または納入予定機器の型番・性能等が確認できるカタログ等の提出をしてください。なお、入札物品提示書の提出の場合は様式はありませんので任意の様式となります。

質問 2 仕様書 3. 機器仕様（16）について

「AED が既存 BOX に収納不可能な場合は収納 BOX を別途用意すること、その際にかかる費用もリース料に含むこと。」と記載があるが、既存の BOX の形状・寸法を確認するために設置場所に訪問してよろしいですか。また 5 カ所の既存 BOX は全て同じ形状・寸法ですか。

回答 2

本件については現場確認は行っておりません。

既存 BOX は 5 カ所とも全て同じ形状・寸法です。

縦：約 47.5cm 横：約 40.0cm 奥行：約 18.0cm

