

質疑回答書

入札又は契約番号：物第2－1号

事業名：放課後児童健全育成事業・保育所運営事業

物品名：市川三郷町放課後児童クラブ・保育所自動体外式除細動器（AED）
賃貸借（債務負担行為）

質問及び回答

質問1 仕様書3. 機器仕様（13）について

「心肺蘇生法の手順を日本語の音声でガイドする機能を有すること。」と記載があるが、胸骨圧迫・人工呼吸の手順はAEDに付帯する簡易取扱説明書に図示され、AEDからは電源ONから胸骨圧迫のリズム音が流れ、心肺蘇生を開始する時には「直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください」、30秒ごとに「胸骨圧迫と人工呼吸を続けてください」、さらに、心肺蘇生を始めてから約2分が経過し心肺蘇生を一時中断して心電図を解析する時には「残り5回です。体から離れてください。」と音声ガイドが流れればよろしいでしょうか。

回答1

問題ありません。

質問2 仕様書3. 機器仕様（14）について

「AEDが既存BOXに収納不可能な場合は、予備の電極パッド・AED用救急セット・AED本体をまとめて持ち運びができる収納ケースを用意すること。」と記載があるが、既存設置の収納BOXのAEDが収納可能な内寸をお教えください。

また、収納が厳しい場合、収納が厳しい場合、予備の電極パッド、レスキューキットはAED本体（キャリングケース付き）脇のボックス内空きスペースに収納させて頂く運用、またはキャリングケースを外して保管させて頂く運用でもよろしいでしょうか。

回答2

内寸（幅：約40.5cm 奥行：約14.5cm 高さ：約34.5cm）

収納が厳しい場合については、仕様書のとおり、予備の電極パッド・AED用救急セット・AED本体を、収納ケース（バッグ等）でまとめて持ち運べる状態で保管できる運用としてください。

質問3 仕様書6・仕様書9（1）について

「リース」と記載があるが、弊社は、AEDを含む高度管理医療機器の販売業・賃貸業許可を取得していますので、リース会社を介さず直接、お貸しする賃貸借契約としてよろしいでしょうか。

回答3

問題ありません。

質問4 仕様書9.（2）、（3）について

（2）「バッテリー、電極パット及びAED用救急セット等の消耗品の定期交換は、使用期限までに賃貸者が自ら行い、それに係わる経費は賃貸借料に含むこと。」

（3） 使用した消耗品（付属品を含む）の交換に係る経費は、賃貸借料に含むこと。」

と記載があるが、消耗品の定期交換は、使用期限を迎える前に、QRコード読取で交換要領が分かる案内文書と新しい消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。

AED使用時には、コールセンターへご連絡頂き、QRコード読取で交換要領が分かる案内文書と補充消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。

回答4

問題ありません。

質問5 仕様書9.（4）について

「動産総合保険」と記載があるが、動産総合保険同等以上を保証している場合、動産総合保険への加入は不要でよろしいでしょうか。

回答5

問題ありません。

質問6 仕様書9.（8）について

「設置場所の職員に対する取扱い説明は、賃貸者が行うこと。」と記載があるが、胸骨圧迫・人工呼吸の手順はAEDに付帯する簡易説明書に図示され、その他に取扱説明書を同梱しており、取扱説明のYouTube動画を用意しています。また、コールセンター（24時間

対応)へ連絡いただければ、質問や不明点に詳しくお応えする体制もございます。

そのため、現地対応は不要との認識でよろしいでしょうか。

もし、現地対応が必要である場合には、社員が AED 本体を展示し、取扱説明書を用いて、具体的に AED 使用方法・心肺蘇生法をご説明すればよろしいでしょうか。

回答 6

問題ありません。